

Freigabe Prüfstelle

Zur Durchführung der System-Funktionsprüfung
für Mess- und Prüfmittel nach Ril 821.2007A03

Nr.: 26-230

Prüfstelle:

**C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung
Für die Werkstoffprüfung GmbH
Zum Lonnenhohl 10
44319 Dortmund**

Leiter der Prüfstelle/Qualitätsmanager: Herr Lars Barkowski

erhält hiermit die Freigabe zur Durchführung der System Funktionsprüfungen nach Ril 821.2007A03, Sammelmappe Prozesse Mess- und Prüfmittel managen und E-Ril 811 für folgende Prüfmittel:

- **Ultraschallprüfgeräte für die Handprüfung (herstellerunabhängig)**
- **Handmagnete für die Magnetpulverprüfung (herstellerunabhängig)**
- **Feldstärkemessgeräte für die Magnetpulverprüfung (herstellerunabhängig)**
- **Beleuchtungsstärkemessgeräte (Normlicht A bei 555 nm) für verschiedene ZfP-Verfahren (herstellerunabhängig)**
- **UVA-Bestrahlungsstärkemessgeräte (365 nm) für verschiedene ZfP-Verfahren (herstellerunabhängig)**

Gültig bis: **31.05.2028**

Auflagen und Hinweise:

Die Anforderungen nach DIN EN ISO/IES 17020, DIN EN ISO/IES 17025 und DB Netz AG Richtlinien 821.2007, DB InfraGo Sammelmappe Prozesse Mess- und Prüfmittel managen und Ril 811 wurden überprüft.

Frankfurt (M), den 12.05.2026



i.V. Guido Hanspach
V.IWM 24
Leiter Schienentechnik
Beauftragter Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)

i.A. Heinrich Dratwa
V.IWM 24
Schienentechnik