

Freigabe Prüfstelle

Zur Durchführung der System-Funktionsprüfung
für Mess- und Prüfmittel nach Ril 821.2007A03

Prüfstelle:

**C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung für die
Werkstoffprüfung GmbH
Zum Lonnenhohl 10
44319 Dortmund**

Leiter der Prüfstelle/Qualitätsmanager: Herr Lars Barkowski

erhält hiermit die Freigabe zur Durchführung der System Funktionsprüfungen
nach Ril 821.2007A03 und Prozess R.01.85 für folgende Prüfmittel:

- **Ultraschallprüfgeräte für die Handprüfung (herstellerunabhängig)**
- **Handmagnete für die Magnetpulverprüfung (herstellerunabhängig)**
- **Feldstärkemessgeräte für die Magnetpulverprüfung (herstellerunabhängig)**
- **Beleuchtungsstärkemessgeräte (Normlicht A bei 555 nm) für verschiedene ZfP-Verfahren (herstellerunabhängig)**
- **UVA-Bestrahlungsstärkemessgeräte (365 nm) für verschiedene ZfP-Verfahren (herstellerunabhängig)**

Gültig bis: 28.02.2026

Auflagen und Hinweise: Sollte die Akkreditierungsurkunde D-K-20476-01-00 ihre Gültigkeit verlieren, erlischt ebenfalls die Gültigkeit dieser Freigabe.

Die Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 und DB Netz AG Prozess R.01.85 „Mess- und Prüfmittel managen“ sind mit Ausstellung der Akkreditierung erfüllt.

Frankfurt (M), den 24.02.2021



i.A. Mike Fieber
I.NAI 413, Schienentechnik